



**Διεύθυνση Διοίκησης &  
Οικονομικής Διαχείρισης  
Τμήμα Προμηθειών**

Να αναρτηθεί στο Μητρώο  
Αθήνα, 10/10/2021  
Α. Π. 3204

Πληροφορίες: Β. Γιαννακοπούλου  
Τηλέφωνο: 210-6597701 / 549  
Φαξ: 210 6597547 / 5  
E-mail: procurement@bioacademy.gr

Προς την εταιρεία:  
**ΒΑΛΑΩΡΑΣ ΑΘ. – ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΝΙΚ. Ο.Ε.**  
(δ.τ. ACTIVIA MEDICAL)  
Λ. Συγγρού 33 & Δοντά 5  
11743, Αθήνα

**ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΕΥΡΟΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ WRITE»**

**Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 420/1991 (Α'/153/11.10.1991) «Σύσταση ν. π. ι. δ με την επωνυμία: Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Την με αριθμό 152594/Ζ1/19.09.2016 (500/23.09.2016/τ.ΥΟΔΔ) Υπουργική Απόφαση για το διορισμό των μελών του Δ.Σ. του ΙΙΒΕΑΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση 82792/Ζ1/24.05.2019 (ΦΕΚ 370/11.06.2019/τ.ΥΟΔΔ), το άρθρο 155 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α'/30.10.2019), που προβλέπει την ανασυγκρότηση του Δ.Σ. του ΙΙΒΕΑΑ και την απόφαση του Δ.Σ. της 213ης (18/11/2019) συνεδρίασης.
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, που εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. Β1/597/18-10-1999 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1983/Β'/08-11-1999).
5. Τις διατάξεις του Ν.4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α'/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει με τον Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α'/11-05-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α'/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως κάθε φορά ισχύουν.
7. Την υπ' αριθ. 5143/05-12-2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3335/Β'/11-12-2014) «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (Α' 204) όπως ισχύει».
8. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 76928/09-07-2021 (ΦΕΚ 3075 /Β'/13-07-2021) με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».



9. Την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 1191/14-03-2017 (ΦΕΚ 969/Β'/22-03-2017) με θέμα «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προ δικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α' 147)».
10. Την υπ' αριθ. πρωτ. 21953/13-02-2020 / Ψ5ΠΣ46Μ77Γ-ΣΦ5 απόφαση χορήγησης χρηματοδότησης της πράξης «Δια (γραφούσης) χειρός: Διερεύνηση της εγκεφαλικής πλευρίωσης κατά τη γραφή με τη χρήση λειτουργικού διακρανιακού υπερήχου Doppler (fTCD) και της γενετικής σχέσης της πλευρίωσης με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσγραφία)», με ακρωνύμιο WRITE (WRiting lateraliTy and gEnetics), κωδικό Ε/Π IIBEEA 457 και Επιστ. Υπεύθυνη την κα Μαριέττα Παπαδάτου – Παστού.
11. Την απόφαση του Δ.Σ. του IIBEEA που ελήφθη στην υπ' αριθ. 215<sup>η</sup> (28/02/2020) συνεδρίασή του σχετικά με την ένταξη της πράξης στον προϋπολογισμό του IIBEEA.
12. Την υπ' αριθ. πρωτ. 924/13-03-2020 / ΩΧΡ74694Φ7-ΓΛΦ απόφαση έγκρισης / ένταξης των έργων Ε.Λ.Ι.Δ.Ε.Κ. της Δράσης «1η προκήρυξη ερευνητικών έργων Ε.Λ.Ι.Δ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού» στον προϋπολογισμό του IIBEEA.
13. Την απόφαση του Δ.Σ. του IIBEEA που ελήφθη στην υπ' αριθ. 220<sup>η</sup> (21/07/2020) συνεδρίασή του αναφορικά με την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού νευροαπεικόνισης από το πρόγραμμα με κωδικό Ε/Π IIBEEA 457 (πρόγραμμα με ακρωνύμιο WRITE).
14. Την υπ' αριθ. 3549/20-10-2020 / 20PROC007508929 διακήρυξη (περίληψη διακήρυξης: ΩΖΨ54694Φ7-N40) συνοπτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια εξοπλισμού νευροαπεικόνισης στο πλαίσιο του προγράμματος με ακρωνύμιο WRITE», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και προϋπολογισμό 31.700€ πλέον Φ.Π.Α.
15. Την απόφαση του Δ.Σ. του IIBEEA που ελήφθη στη 227<sup>η</sup> συνεδρίασή του (13/07/2021) αναφορικά με την παροχή εξουσιοδότησης στο Πρόεδρο του Δ.Σ. για τη ρύθμιση θεμάτων κατά τη θερινή περίοδο.
16. Την υπ' αριθ. πρωτ. 3072 /29-09-2021 / 68ΣΟ4694Φ7-BN2 απόφαση του IIBEEA ματαίωσης της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης «προμήθειας εξοπλισμού νευροαπεικόνισης στο πλαίσιο του προγράμματος με ακρωνύμιο WRITE».
17. Την υπ' αριθ. πρωτ. 3184/8-10-2021 / Ω3ΓΟ4694Φ7-16Φ / 21REQ009339939 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

### ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Την εταιρεία **ΒΑΛΑΩΡΑΣ ΑΘ. – ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΝΙΚ. Ο.Ε.**, με διακριτικό τίτλο **ACTIVIA MEDICAL (ΑΦΜ 998403971)** για την υποβολή προσφοράς, για τη σύναψη σύμβασης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και 120 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, για την «προμήθεια εξοπλισμού νευροαπεικόνισης στο πλαίσιο του προγράμματος με ακρωνύμιο WRITE».





**Διεύθυνση Διοίκησης &  
Οικονομικής Διαχείρισης  
Τμήμα Προμηθειών**

### **ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:**

Η κατάθεση της προσφοράς γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [procurement@bioacademy.gr](mailto:procurement@bioacademy.gr), με θέμα:

**«Υποβολή προσφοράς για την υπ' αριθ. πρωτ. 3204 Πρόσκληση»**

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής είναι η **19/10/2021 και ώρα 15:30**

Στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και στα τηλέφωνα 210-6597549/701/566, παρέχονται σχετικές διευκρινίσεις.

### **ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:**

Η προσφορά θα πρέπει να ισχύει και να δεσμεύει τον προσφέροντα για τουλάχιστον **εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες** από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

### **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:**

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, παράδοση σε πλήρη λειτουργία και εκπαίδευση των χρηστών, εξοπλισμού νευροαπεικόνισης, με τις τεχνικές και λοιπές προδιαγραφές των Πινάκων που ακολουθούν, καθώς και η εγγύηση καλής λειτουργίας του, διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή του.

Τα είδη της σύμβασης κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 33112000-8.

### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

<b>Α/Α Απαίτηση</b>	<b>Υποχρεωτικό</b>
<b>A. Απαιτήσεις του συστήματος</b>	
1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, στιβαρής και συμπαγούς κατασκευής.	Ναι
2. Να συνοδεύεται από υπολογιστή, με οθόνη μεγέθους τουλάχιστον 15".	Ναι
3. Να είναι μικρού βάρους (οπλισήποτε <6kg).	Ναι
4. Να μπορεί να συνδεθεί με εξωτερικό τηλεχειριστήριο, ιδανικά αδιάβροχο.	Ναι
5. Να διαθέτει δύο κανάλια.	Ναι
6. Να έχει τη δυνατότητα να κάνει μετρήσεις ενός καναλιού ή δύο καναλιών.	Ναι
7. Να διαθέτει λειτουργία M mode.	Ναι
8. Να διαθέτει 1500 πύλες	Ναι
9. Να μπορεί να απεικονίσει έως 8 κυματομορφές σε λειτουργία M mode	Ναι
10. Να διαθέτει σύστημα Doppler υψηλής ευαισθησίας.	Ναι
11. Σε λειτουργία M mode να κάνει σάρωση σε 128 βάθη ανά κανάλι	Ναι
12. Να έχει τη δυνατότητα να μετράει ταχύτητες έως 720 cm/sec.	Ναι
13. Το βάθος να μπορεί να μεταβληθεί πατώντας πάνω στην οθόνη.	Ναι
14. Να μπορεί να μετράει: Peak Velocity, Diastolic Velocity, Mean Velocity, Resistance index, pulsatility index, heart rate.	Ναι



15. Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό σύστημα δημιουργίας οπτικών ερεθισμάτων και συγχρονισμό με αυτό για την αντιστοίχιση των ερεθισμάτων με τις μετρήσεις, μέσω αναλογικά κωδικοποιημένων σημάτων.	Ναι
15 <sup>α</sup> . Να προσφέρεται το υλικό σύνδεσης (hardware) για το συγχρονισμό των οπτικών ερεθισμάτων με το υφιστάμενο λογισμικό PsychoPy	Ναι
16. Να διαθέτει δύο ρομποτικές κεφαλές 2MHz	Ναι
17. Οι κεφαλές να μπορούν να τοποθετηθούν σε ειδική κάσκα στο κεφάλι.	Ναι
18. Η θέση της κεφαλής στη κάσκα να μπορεί να ρυθμίζεται εύκολα σε ύψος και σε πίεση για τη καλύτερη εύρεση παραθύρου στον εξεταζόμενο.	Ναι
19. Όλες οι κεφαλές να υποστηρίζουν απεικόνιση m mode.	Ναι
20. Να διαθέτει τουλάχιστον 2 εισόδους για τη ταυτόχρονη σύνδεση αντίστοιχων κεφαλών.	Ναι
21. Να εμπίπτει στις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και να διαθέτει πιστοποίηση CE	Ναι
<b>Β. Απαιτήσεις του λογισμικού</b>	
1. Να διαθέτει λογισμικό για την αυτόματη εύρεση παραθύρου από το σύστημα, μέσω των ρομποτικών κεφαλών.	Ναι
2. Το λογισμικό να έχει τη δυνατότητα για αποθήκευση δυναμικού M Mode, το οποίο να μπορεί να αναπαραχθεί μετά την εξέταση και να επεξεργαστεί.	Ναι
3. Το λογισμικό να προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας πρωτοκόλλων εξέτασης από το χρήστη.	Ναι
4. Το λογισμικό να έχει τη δυνατότητα στατιστικής ανάλυσης των ευρημάτων και της γραφικής τους απεικόνισης.	Ναι
5. Το λογισμικό να έχει τη δυνατότητα εξαγωγής των raw data σε μορφή αρχείων TXT κ XLS	Ναι
6. Το λογισμικό να έχει τη δυνατότητα για εξαγωγή αρχείων σε μορφή: JPEG, BMP, XML, PDF, DOC, EXCEL, AVI.	Ναι
7. Το λογισμικό να έχει τη δυνατότητα για αποθήκευση στιγμιότυπου της οθόνης, την απεικόνισή του και την επεξεργασία του.	Ναι
8. Το λογισμικό να έχει τη δυνατότητα για στατιστική ανάλυση των δεδομένων.	Ναι
<b>Γ. Απαιτήσεις της υπολογιστικής μονάδας</b>	
1. Να λειτουργεί με windows 10	Ναι
2. Ο υπολογιστής να έχει οθόνη μεγαλύτερη από 15"	
3. Να διαθέτει μονάδα αποθήκευσης τουλάχιστον 240 Gb.	Ναι
4. Να διαθέτει τουλάχιστον 2 θύρες USB.	Ναι
5. Να διαθέτει θύρα LAN για σύνδεση σε δίκτυο και μεταφορά δεδομένων.	Ναι
6. Ο υπολογιστής να διαθέτει μνήμη RAM τουλάχιστον 4GB	Ναι

#### ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

##### 1. Υποδομή Προμηθευτή

A/A Περιγραφή	Υποχρεωτικό
1.1. Προφίλ και μορφή επιχείρησης	Να υποβληθεί



1.2. Πιστοποιητικά (ISO 13485:2016 ή ΚΥΑ 1348)	Ναι
1.3. Κατασκευαστή	Ναι
1.4. Προμηθευτή	Ναι
1.5. Να δοθούν βιογραφικά των υπευθύνων της τεχνικής βάσης του προμηθευτή.	Προαιρετικό
1.6. Να αναφερθεί ποια είναι η δυνατότητα επέμβασης από τον προμηθευτή για κάλυψη ειδικών αναγκών και αναγκών επέκτασης / επένδυσης, στον προσφερόμενο εξοπλισμό.	Προαιρετικό

## 2. Εγγύηση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού

Α/Α Περιγραφή	Υποχρεωτικό
2.1. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένο προσωπικό στη χρήση και στην τεχνική υποστήριξη του συστήματος.	Ναι
2.2. Θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη, μέσω επικοινωνίας η οποία θα πραγματοποιείται με το πιστοποιημένο προσωπικό του προμηθευτή, που θα είναι υπεύθυνο για την υποστήριξη και θα φροντίζει για την ταχεία επίλυση τεχνικών προβλημάτων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.	Ναι
2.3. Ανταπόκριση προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης (σε εργάσιμες ημέρες - on site).	≤ 2
2.4. Χρόνος αποκατάστασης βλάβης (σε εργάσιμες ημέρες - on site) με επιδιόρθωση αυτής ή με αντικατάσταση.	≤ 4
2.5. <u>Χρόνος εγγύησης</u> η οποία περιλαμβάνει προληπτική και επιδιορθωτική συντήρηση με δωρεάν διάθεση ανταλλακτικών και αναβαθμίσεις λογισμικού (σε έτη) <u>από την οριστική παραλαβή των ειδών</u>	≥ 2
2.6. Χρονικό διάστημα (σε έτη) για το οποίο αναλαμβάνει ο προμηθευτής την υποχρέωση συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού και λογισμικού με παροχή ανταλλακτικών, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου εγγύησης	Έως 7
2.7. Να περιγραφεί η διαδικασία αντιμετώπισης βλάβης σε περίπτωση αδυναμίας διόρθωσής της και να αναφερθούν οι διαδικασίες και τα τεχνικά μέσα που διατίθενται για την ελαχιστοποίηση του χρόνου αποκατάστασής της.	Ναι

## 3. Παράδοση

Α/Α Περιγραφή	Υποχρεωτικό
3.1. Χρόνος προσκόμισης του εξοπλισμού <b>σε ημερολογιακές ημέρες.</b>	≤ 60
3.2. Χρόνος ολοκλήρωσης της εγκατάστασης του εξοπλισμού από την προσκόμισή του <b>σε ημερολογιακές ημέρες.</b>	≤ 10





**4. Εγχειρίδια**

<b>A/A Περιγραφή</b>	<b>Υποχρεωτικό</b>
4.1. Πλήρεις σειρές πρωτότυπων τεχνικών εγχειριδίων και τεκμηριωτικού υλικού (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), σε αναλογία μιας σειράς εγχειριδίων για κάθε διακριτή μονάδα υλικού που να αφορούν σε τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες χρήσης και συντήρησης (user & service manuals).	Nai
4.2. Δωρεάν και υποχρεωτική διάθεση αντίστοιχων πρωτοτύπων σειρών των μεταβολών, τροποποιήσεων ή επανεκδόσεων όλων των εγχειριδίων καθ' όλο το διάστημα ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας.	Nai

**5. Εκπαίδευση.**

<b>A/A Περιγραφή</b>	<b>Υποχρεωτικό</b>
5.1. Με την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού στο χώρο που θα υποδείξει το IIBEEA, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε σύντομη εκπαίδευση – επίδειξη λειτουργιών του εξοπλισμού στους υπεύθυνους για τη χρήση του.	Nai
5.2. Χρόνος ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης από την ολοκλήρωση της εγκατάστασής του <b>σε ημερολογιακές ημέρες.</b>	≤5

Τόπος παράδοσης των ειδών είναι οι κτηριακές εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών» επί της οδού Σωρανού του Εφεσίου 4, Τ.Κ.115 27, Αθήνα.

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:**

Η εκτέλεση της σύμβασης δεν θα πρέπει να υπερβεί τις **εβδομήντα πέντε (75) ημερολογιακές ημέρες.**

Επιπρόσθετα, ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει προληπτική και επιδιορθωτική συντήρηση του εξοπλισμού, με δωρεάν διάθεση ανταλλακτικών και αναβαθμίσεις λογισμικού, **για τουλάχιστον δύο (2) έτη από την οριστική παραλαβή τους.**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:**

Συνολικός προϋπολογισμός: **Είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσια σαράντα τέσσερα και 67/100 ευρώ (25.644,67 €), πλέον 24 % Φ.Π.Α.**

**ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:**

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις της πράξης με τίτλο «Δια (γραφούσης) χειρός: Διερεύνηση της εγκεφαλικής πλευρίωσης κατά τη γραφή με τη χρήση λειτουργικού διακρανιακού υπερήχου Doppler (fTCD) και της γενετικής σχέσης της πλευρίωσης με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσγραφία)», η οποία έχει λάβει χρηματοδότηση στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Μέλη ΔΕΠ και ερευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας»



**ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ:**

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, ο προσφέροντας θα πρέπει να υποβάλει με την προσφορά του τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
2. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του.
3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του.
4. Πιστοποιητικά ή λοιπά έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη εκπροσώπηση του προσφέροντα.

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:**

1. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή του αναδόχου είναι τα εξής:
  - 1.1. Πρωτόκολλο/α οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
  - 1.2. Δελτίο/α αποστολής, υπογεγραμμένο/α από το αρμόδιο για την αποθήκη άτομο του Τμήματος Προμηθειών του ΙΙΒΕΑ.
  - 1.3. Τιμολόγιο/α του προμηθευτή
  - 1.4. Αποδεικτικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, εφόσον απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία.
2. Επί της συνολικής αξίας της σύμβασης (αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής) προ Φ.Π.Α. και κρατήσεων υπολογίζεται κράτηση, με εφαρμογή συντελεστή 0,07%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). Οι κρατήσεις αυτές υπάγονται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου.
3. Οι πληρωμές υπόκεινται στην οριζόμενη από τον νόμο παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
4. Ο ανάδοχος και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύπτει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.
5. Σε περίπτωση που το ανωτέρω δεν είναι δυνατό, η διαφωνία ή διαφορά που προκύπτει από την εκτέλεση της σύμβασης επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας στην οποία εκτελείται η σύμβαση. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 του Ν. 4412/2016 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Αποδέκτες: ACTIVIA MEDICAL

Διαν. για ενέργεια: Τμήμα Προμηθειών

Διαν. για ενημέρωση: Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ  
 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ**

