



**Διεύθυνση Διοίκησης &
Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα Προμηθειών**

Να αναρτηθεί στο Μητρώο
Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2021
Α. Π. 4151

Πληροφορίες: Ι. Βράκα
Τηλέφωνο: 210-6597549
Φαξ: 210 6597547
E-mail: procurement@bioacademy.gr

Προς την εταιρεία:
ΑΝΔΡΙΩΤΗ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. – δ.τ. BIOSENSE
Παπαδιαμαντοπούλου 14, 11528 Αθήνα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. πρωτ. 4512/31-12-2019 απόφαση του Προέδρου του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. «Εκχώρηση – μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Διευθυντή του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, που εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. Β1/597/18-10-1999 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1983/Β'/08-11-1999).
4. Τις διατάξεις του Ν.4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α'/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει με τον Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α'/11-05-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α'/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως κάθε φορά ισχύουν.
6. Την υπ' αριθ. 5143/05-12-2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3335/Β'/11-12-2014) «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (Α' 204) όπως ισχύει».
7. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 76928/09-07-2021 (ΦΕΚ 3075 /Β'/13-07-2021) με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
8. Την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 1191/14-03-2017 (ΦΕΚ 969/Β'/22-03-2017) με θέμα «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α' 147)».
9. Την υπ' αριθ. πρωτ. 4150/20-12-2021 / 63ΡΨ4694Φ7-ΑΦΗ / 21REQ009785057 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης-έγκρισης αιτήματος της προμήθειας.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Την εταιρεία **ΑΝΔΡΙΩΤΗ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. – δ.τ. BIOSENSE (ΑΦΜ: 800366706)** για την υποβολή προσφοράς, για τη σύναψη σύμβασης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και 120 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, για την «προμήθεια χειρουργικής τράπεζας για τις ανάγκες της Πειραματικής Χειρουργικής».

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Η κατάθεση της προσφοράς γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου procurement@bioacademy.gr, με θέμα:

«Υποβολή προσφοράς για την υπ' αριθ. πρωτ. 4151 Πρόσκληση».



Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής είναι η **Δευτέρα, 27^η/12/2021 και ώρα 15:30.**

Στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και στα τηλέφωνα 210-6597549/701/566, παρέχονται σχετικές διευκρινίσεις.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Η προσφορά θα πρέπει να ισχύει και να δεσμεύει τον προσφέροντα για τουλάχιστον **εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες** από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια παγίου εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πειραματικής Χειρουργικής με τις τεχνικές προδιαγραφές του Πίνακα που ακολουθεί.

Τα είδη της σύμβασης κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):
33192230-3 – Τράπεζες Χειρουργείου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ

Τεχνικές προδιαγραφές	Υποχρεωτική	Απάντηση	Παραπομπή
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ AXIS 400 (DEMO)			
1. Η χειρουργική τράπεζα είναι κατασκευασμένη εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα χωρίς πλαστικά μέρη εξασφαλίζοντας έτσι μακροχρόνια χρήση, μεγάλη αντοχή αλλά και ευκολία στον καθαρισμό της.	Ναι		
2. Η τηλεσκοπική κολώνα στήριξης είναι επίσης καλυμμένη από ανοξείδωτο χάλυβα (χωρίς κάλυμμα από ελαστικό – τύπου φυσαρμόνικας) ώστε να καθαρίζεται εύκολα χωρίς να δημιουργούνται αποικίες μικροβίων, με διάφορα απολυμαντικά καθαριστικά αλλά και με συσκευές απολύμανσης χώρων.	Ναι		
3. Η βάση της χειρουργικής τράπεζας διαθέτει υποδοχή για ποδοδιακόπτη και φέρει 3 διπλούς αντιστατικούς τροχούς ασφαλείας μεγάλης διαμέτρου για μεγάλη αντοχή και διευκόλυνση της κίνησης της τράπεζας.	Ναι		
4. Διαθέτει κεντρικό σύστημα πέδησης και σταθεροποίησης της μέσω του ενσωματωμένου στην βάση εφεδρικού χειριστηρίου (emergency) ή και με ποδομοχλό καθώς και επιλογή του τρόπου κίνησης της (ευθεία κίνηση ή ελεύθερη προς όλες τις κατευθύνσεις).	Ναι		
5. Η κατασκευή της τράπεζας επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση για τον καθαρισμό και την απολύμανση της σε όλα τα τμήματά της και ιδιαίτερα στα κρυφά σημεία της (πχ κάτω πλευρά της βάσης).	Ναι		
6. Στην βάση και στην κολώνα στήριξης είναι ενσωματωμένα όλα τα εξαρτήματα τροφοδοσίας και υπάρχει προστασία από υπερφόρτιση της μπαταρίας.	Ναι		
7. Το μέγιστο βάρος ανύψωσης είναι 220 κιλά χωρίς κανένα περιορισμό κινήσεων.	Ναι		
8. Ο χειρισμός της τράπεζας γίνεται με ενσύρματο χειριστήριο και με το ενσωματωμένο στην βάση εφεδρικό χειριστήριο (emergency), που προστατεύεται από τυχόν προσκρούσεις με κάλυμμα ασφαλείας, ώστε να διασφαλίζεται η καλή και αδιάλειπτη λειτουργία της.	Ναι		

Τεχνικές προδιαγραφές	Υποχρεωτική	Απάντηση	Παραπομπή
Και τα δυο χειριστήρια καθαρίζονται και απολυμαίνονται.			
9. Στην LCD οθόνη του εργονομικά σχεδιασμένου με πλήκτρα αφής χειροπληκτρολογίου εμφανίζονται οι λειτουργίες της τράπεζας, η κατάσταση της μπαταρίας, η πιθανή δυσλειτουργία (σύστημα αυτοδιάγνωσης) και η θέση του ασθενή. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η χρήση επιπλέον μηχανημάτων που κάνουν την λειτουργία της τράπεζας πιο περίπλοκη.	Ναι		
10. Δυο ανεξάρτητα συστήματα εντελώς ξεχωριστά (το ένα εφεδρικό) καθιστούν την τράπεζα λειτουργική σε περίπτωση πιθανής βλάβης και εγγυώνται μεγαλύτερη ασφάλεια κατά τη διάρκεια των χειρουργικών επεμβάσεων.	Ναι		
11. Η χειρουργική τράπεζα AXIS 400 παρέχει τις παρακάτω ρυθμίσεις: <ul style="list-style-type: none"> • Ηλεκτροϋδραυλική κίνηση καθ' ύψος χωρίς τα μαξιλάρια: 686 - 1092 χλστ • Ηλεκτροϋδραυλική κίνηση trendelenburg: + 28ο • Ηλεκτροϋδραυλική κίνηση antitrendelenburg: - 28ο • Ηλεκτροϋδραυλική κίνηση tilt (πλαϊνή κίνηση): +/- 18ο • Ηλεκτροϋδραυλική κίνηση λεκάνης προς τα πάνω: +76° • Ηλεκτροϋδραυλική κίνηση λεκάνης προς τα κάτω: - 40° 	Ναι		

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	Υποχρεωτική	Απάντηση	Παραπομπή
1. Πιστοποιητικά – σήμανση κατασκευαστή με ISO 9001	Ναι		
2. Τα προσφερόμενα είδη θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία στον χώρο που θα υποδειχθεί από την αναθέτουσα αρχή και θα παραδοθούν με όλες τις οδηγίες λειτουργίας, χειρισμού και συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου.	Ναι		

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Εγγύηση καλής λειτουργίας και Τεχνική Υποστήριξη			
1. Παρέχεται πλήρης εγγύηση καλής λειτουργίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών με δωρεάν συντήρηση και πλήρη κάλυψη των ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν σε περίπτωση βλάβης από υπαιτιότητα του κατασκευαστή, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται σωστά οι οδηγίες του.	Ναι		
2. Υπάρχει πλήρης κάλυψη σε ανταλλακτικά για τουλάχιστον μία 10ετία, καθώς και παρακαταθήκη ανταλλακτικών για συνεχή υποστήριξη.	Ναι		

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ:

Εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης από τον ανάδοχο.



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Συνολικός προϋπολογισμός: **Δεκατρείς χιλιάδες διακόσια ευρώ (13.200,00€) πλέον Φ.Π.Α.**

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του IIBEAA.

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ:

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, ο προσφέρων θα πρέπει να υποβάλουν με την προσφορά τους τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
2. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του.
3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του.
4. Πιστοποιητικά ή λοιπά έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη εκπροσώπηση του προσφέροντος.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

1. Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης από τον ανάδοχο.
2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή του αναδόχου είναι τα εξής:
 - 2.1 Πρωτόκολλο/α οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
 - 2.2 Δελτίο/α αποστολής, υπογεγραμμένο/α από το αρμόδιο άτομο του Τμήματος Προμηθειών.
 - 2.3 Τιμολόγιο/α του προμηθευτή
 - 2.4 Αποδεικτικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, εφόσον απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία.
3. Επί της συνολικής αξίας της σύμβασης (αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής) προ Φ.Π.Α. και κρατήσεων υπολογίζεται κράτηση, με εφαρμογή συντελεστή 0,07%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). Οι κρατήσεις αυτές υπάγονται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου.
4. Οι πληρωμές υπόκεινται στην οριζόμενη από τον νόμο παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
5. Ο ανάδοχος και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύπτει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.
6. Σε περίπτωση που το ανωτέρω δεν είναι δυνατό, η διαφωνία ή διαφορά που προκύπτει από την εκτέλεση της σύμβασης επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας στην οποία εκτελείται η σύμβαση. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 του Ν. 4412/2016 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ