

Να αναρτηθεί στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. &
στην ιστοσελίδα του Ι.ΙΒ.ΕΑ.Α.

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2024

Α.Π. 1335

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Πληροφορίες: Ι. Βράκα
Τηλέφωνο: 210-6597549
Φαξ: 210-6597547
E-mail: procurement@bioacademy.gr

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων ερωτημάτων, στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 1094/21-05-2024 / 24PROC014784128 διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας «υβριδικού συστήματος εκπομπής ποζιτρονίων και μαγνητικής τομογραφίας (PET/MRI)», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 1224/31-05-2024 / 24PROC014861704 απόφαση

Λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 2.1.3 «Παροχή Διευκρινίσεων» της υπ' αριθ. 1094/21-05-2024 / Ψ1ΓΓ4694Φ7-ΞΧΓ / 24PROC014784128 διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης «προμήθειας υβριδικού συστήματος εκπομπής ποζιτρονίων και μαγνητικής τομογραφίας (PET/MRI)».

ΕΡΩΤΗΜΑ/ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ:

1. Προδιαγραφή 1.9 Να περιλαμβάνονται όλα τα συστήματα του συνοδευτικού εξοπλισμού (chiller, συστήματα ασφαλείας, κ.λ.π) και να περιγράφουν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά τους. **Προτείνουμε στο συστήματα ασφάλειας κ.λπ να προστεθεί η φράση «ομοίωμα ελέγχου παραμόρφωσης MRI εικόνας 3-διαστάσεων (3D MR Distortion Phantom). Ένα απαραίτητο εργαλείο για τον τακτικό έλεγχο ποιότητας εικόνας του MRI.»**

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στην προδιαγραφή 1.14 της διακήρυξης ζητάμε «Να περιγραφεί ο τρόπος ποιοτικού ελέγχου του MR και να περιγραφούν τα διαθέσιμα ομοιώματα.», που είναι υποχρεωτική προδιαγραφή (ΝΑΙ). Στην προδιαγραφή 1.9 της διακήρυξης ζητάμε "Να περιλαμβάνονται όλα τα συστήματα του συνοδευτικού εξοπλισμού (chiller, συστήματα ασφαλείας, κ.λ.π) και να περιγράφουν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά τους". Συνεπώς, αυτό που αναφέρει ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας ως συμπληρωματική πληροφορία δεν έχει σχέση με το ζητούμενο στην προδιαγραφή 1.9., καθώς τα ομοιώματα έχουν ζητηθεί στην προδιαγραφή 1.14.

ΕΡΩΤΗΜΑ/ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ:

2. Προδιαγραφή 1.12 Να διαθέτει σύστημα επικέντρωσης της εξεταζόμενης ανατομίας με χρήση φωτεινής ένδειξης (laser). **Προτείνουμε η φράση να διαμορφωθεί ως εξής «σύστημα 3 σταθερών μονάδων laser πράσινου χρώματος, με εξ' αποστάσεως ρύθμιση, για την επικέντρωση ασθενούς στην τράπεζα του MRI, κατάλληλων για περιβάλλον MPI 3 Tesla».**

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στην προδιαγραφή 1.12 της διακήρυξης ζητάμε «Να διαθέτει σύστημα επικέντρωσης της εξεταζόμενης ανατομίας με χρήση φωτεινής ένδειξης (laser)», που είναι υποχρεωτική προδιαγραφή (ΝΑΙ). Το τι σύστημα θα προταθεί από τον ανάδοχο θα αξιολογηθεί τόσο κατά την βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς όσο και κατά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή. Συνεπώς, η συμπληρωματική πληροφορία θεωρείται περιττή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ-ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ