

Να αναρτηθεί στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. &
στην ιστοσελίδα του Ι.ΙΒ.ΕΑ.Α.
Αθήνα, 18 Ιουνίου 2024
Α.Π. 1336
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Πληροφορίες: Ι. Βράκα
Τηλέφωνο: 210-6597549
Φαξ: 210-6597547
E-mail: procurement@bioacademy.gr

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων ερωτημάτων, στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 1134/24-05-2024 / 9ΗΗ14694Φ7-Χ7Ν / 24PROC014812310 διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης «προμήθειας βιοϊατρικού εξοπλισμού Εργαστηρίου BSL3+», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 1188/29-05-2024 / 65ΦΠ4694Φ7-62Φ / 24PROC01483760 απόφαση

Λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 2.1.3 «Παροχή Διευκρινίσεων» της υπ' αριθ. 1134/24-05-2024 / 9ΗΗ14694Φ7-Χ7Ν / 24PROC014812310 διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης «προμήθειας βιοϊατρικού εξοπλισμού Εργαστηρίου BSL3+», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 1188/29-05-2024 / 65ΦΠ4694Φ7-62Φ / 24PROC01483760 απόφαση και επί νομίμως και εγκαίρως τεθέντων ερωτημάτων/αιτημάτων διευκρινίσεων, παρέχονται οι παρακάτω διευκρινίσεις.

ΕΡΩΤΗΜΑ/ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ:

Για την προδιαγραφή 2:

Αναφορικά στον τρόπο κατασκευής και λειτουργίας των θυρών, με βάση και τον προβλεπόμενο χώρο εγκατάστασης του είδους, διαπιστώνεται ότι η ύπαρξη ανοιγόμενων θυρών αντί θυρών με κατακόρυφη κίνηση («ολισθαίνουσες καθέτως»), θα ήταν ιδανικότερη για την χωροθέτηση και των υπόλοιπων μηχανημάτων εν σειρά στο χώρο εγκατάστασης λόγω μικρότερων εξωτερικών διαστάσεων του Κλιβάνου.

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ο τύπος των θυρών του Κλιβάνου για την καλύτερη δυνατή συνολική εγκατάσταση.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται πως λόγω περιορισμένου χώρου, οι δύο (2) θύρες του κλιβάνου υγρής αποστείρωσης θα είναι ανοιγόμενες με μεντεσέδες (hinged) και όχι ολισθαίνουσες (sliding). Και σε αυτήν την περίπτωση ο κλίβανος θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο σύστημα, ώστε να αποτρέπεται το άνοιγμα και των δύο θυρών ταυτόχρονα.

ΕΡΩΤΗΜΑ/ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ:

Για την προδιαγραφή 9:

Αναφορικά στο αναφερόμενο φίλτρο για το σύστημα φίλτρανσης, παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ότι αναφέρεται στην φίλτρανση του εισερχόμενου νερού για τον Κλίβανο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται πως πρέπει να διατεθεί φίλτρο (τουλάχιστον 2μm) για το σύστημα φίλτρανσης του εισερχόμενου νερού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ-ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ**