

Να αναρτηθεί στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. &
στην ιστοσελίδα του Ι.ΙΒ.ΕΑ.Α.
Αθήνα, 18 Ιουνίου 2024
Α.Π. 1334
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Πληροφορίες: Ι. Βράκα
Τηλέφωνο: 210-6597549
Φαξ: 210-6597547
E-mail: procurement@bioacademy.gr

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων ερωτημάτων, στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 1134/24-05-2024 / 9ΗΗ14694Φ7-Χ7Ν / 24PROC014812310 διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης «προμήθειας βιοϊατρικού εξοπλισμού Εργαστηρίου BSL3+», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 1188/29-05-2024 / 65ΦΠ4694Φ7-62Φ / 24PROC01483760 απόφαση

Λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 2.1.3 «Παροχή Διευκρινίσεων» της υπ' αριθ. 1134/24-05-2024 / 9ΗΗ14694Φ7-Χ7Ν / 24PROC014812310 διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης «προμήθειας βιοϊατρικού εξοπλισμού Εργαστηρίου BSL3+», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 1188/29-05-2024 / 65ΦΠ4694Φ7-62Φ / 24PROC01483760 απόφαση και επί νομίμως και εγκαίρως τεθέντων ερωτημάτων/αιτημάτων διευκρινίσεων, παρέχονται οι παρακάτω διευκρινίσεις.

ΕΡΩΤΗΜΑ/ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ:

Στην σελίδα 102 της διακήρυξης και συγκεκριμένα στην Απαίτηση α/α 9 των Ειδικών Προδιαγραφών του Τμήματος 6, αναφέρεται το εξής:

«Να είναι εύκολη και απλή η αλλαγή των κεφαλών με το πάτημα ενός κουμπιού, χωρίς να απαιτείται η χρήση εργαλείων».

Το χαρακτηριστικό της αλλαγής ρότορα με το πάτημα ενός κουμπιού συναντάται συνήθως σε μεγαλύτερα μοντέλα. Μήπως η απαίτηση αυτή αφορά στο άνοιγμα του καπακιού και όχι στην αλλαγή της κεφαλής;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η απαίτηση αφορά στην αλλαγή των καπακιών των κεφαλών και όχι στην αλλαγή της κεφαλής.

ΕΡΩΤΗΜΑ/ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ:

Στην σελίδα 106 της διακήρυξης και συγκεκριμένα στην Απαίτηση α/α 15 των Ειδικών Προδιαγραφών του Τμήματος 9, αναφέρεται το εξής:

«Να υπάρχει δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης της χρησιμοποιούμενης κεφαλής»

Εννοείτε ότι θέλετε να αναγνωρίζεται ο τύπος και το μοντέλο ή απλώς τα όρια λειτουργίας της χρησιμοποιούμενης κεφαλής (όπως πχ η μέγιστη ταχύτητα περιστροφής);

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η απαίτηση είναι να αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά λειτουργίας της χρησιμοποιούμενης κεφαλής, όπως η μέγιστη ταχύτητα περιστροφής.

ΕΡΩΤΗΜΑ/ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ:

Τμήμα 6: Επιτραπέζια ψυχόμενη μικροφυγόκεντρος σωληναρίων

Προδιαγραφή Νο. 9: Στην συγκεκριμένη προδιαγραφή αναφέρεται ότι ζητείται «Να είναι εύκολη και απλή η αλλαγή των κεφαλών με το πάτημα ενός κουμπιού, χωρίς να απαιτείται η χρήση εργαλείων». Παρακαλείσθε όπως διευκρινίσετε εάν η ζητούμενη προδιαγραφή έχει συμπληρωθεί εκ παραδρομής και εννοείται να είναι εύκολη και απλή η αλλαγή του καλύμματος των κεφαλών με το πάτημα ενός κουμπιού, χωρίς να απαιτείται η χρήση εργαλείων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η απαίτηση αφορά στην αλλαγή των καπακιών των κεφαλών και όχι στην αλλαγή της κεφαλής.

ΕΡΩΤΗΜΑ/ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ:

Τμήμα 8: Επιτραπέζια ψυχόμενη φυγόκεντρος για κυτταροκαλλιέργειες

Προδιαγραφή Νο. 4: Στην συγκεκριμένη προδιαγραφή αναφέρεται ότι ζητείται «Να έχει την δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου φυγοκέντρωσης από 1min έως 99h και 59min». Παρακαλείσθε όπως διευκρινίσετε εάν η ζητούμενη προδιαγραφή έχει συμπληρωθεί εκ παραδρομής και εννοείται ότι η ρύθμιση του χρόνου φυγοκέντρωσης θα πρέπει να είναι από 1min έως 9h και 59min.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η ζητούμενη προδιαγραφή έχει συμπληρωθεί εκ παραδρομής. Η ρύθμιση του χρόνου φυγοκέντρωσης θα πρέπει να είναι από 1min έως 9h και 59min.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ-ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ**