

Να αναρτηθεί στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. &
στην ιστοσελίδα του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.
Αθήνα, 13 Ιουνίου 2024
Α.Π. 1309
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Πληροφορίες: Ι. Βράκα
Τηλέφωνο: 210-6597549
Φαξ: 210-6597547
E-mail: procurement@bioacademy.gr

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων ερωτημάτων, στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 1094/21-05-2024 / 24PROC014784128 διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας «υβριδικού συστήματος εκπομπής ποζιτρονίων και μαγνητικής τομογραφίας (PET/MRI)»

Λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 2.1.3 «Παροχή Διευκρινίσεων» της υπ' αριθ. 1094/21-05-2024 / Ψ1ΓΓ4694Φ7-ΞΧΓ / 24PROC014784128 διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης «προμήθειας υβριδικού συστήματος εκπομπής ποζιτρονίων και μαγνητικής τομογραφίας (PET/MRI)».

ΕΡΩΤΗΜΑ/ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ:

1. Στις σελίδες 8 & 81 της διακήρυξης αναφέρεται:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τετρακόσιες είκοσι πέντε ημερολογιακές ημέρες (425 η.η.), από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παρατασης με απόφαση του Κυρίου του έργου, αμφότερες δε οι ως άνω προθεσμίες δεν δύναται να ξεπεράσουν την 31η/12/2025 ως αναλύεται ακολούθως:

Περιγραφή εργασιών	Προθεσμία
• Προσκόμιση του εξοπλισμού	Ενενήντα ημερολογιακές ημέρες πριν την λήξη της σύμβασης
• Εγκατάσταση του εξοπλισμού, εκπαίδευση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία	30 ημερολογιακές ημέρες πριν την λήξη της σύμβασης

2. Στην σελίδα 73 της διακήρυξης αναφέρεται:

1.1. Χρόνος παράδοσης αγαθών

1.1.1. Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες ώστε ο συμβατικός εξοπλισμός να είναι έτοιμος προς παράδοση το αργότερο μέχρι τις 30/11/2025, και να ενημερώσει σχετικά εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή. Εν συνεχεία, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στις εγκαταστάσεις του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. τον συμβατικό εξοπλισμό το αργότερο εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών (30 η.η.) από την έγγραφη πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία η Αναθέτουσα Αρχή θα τον ενημερώνει για την ημερομηνία και ώρα κατά τις οποίες ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τον εξοπλισμό.

Η ολοκλήρωση της τοποθέτησης/ εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένων της παραμετροποίησης και της σύνδεσης του λογισμικού με το υφιστάμενο δίκτυο του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.), η θέση σε λειτουργία, οι δοκιμές απόδοσης και λειτουργικότητας, και η εκπαίδευση θα πρέπει να ολοκληρωθούν στο σύνολό τους το αργότερο εντός εξήντα ημερολογιακών ημερών (60 η.η.) από την ημερομηνία προσκόμισης του εξοπλισμού. Σε κάθε περίπτωση, οι ανωτέρω ενέργειες πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι την 10η Δεκεμβρίου 2025.

3. Στην σελίδα 100 της διακήρυξης αναφέρεται:

3.2	Χρονικό διάστημα, σε ημερολογιακές ημέρες, εντός του οποίου, ο προμηθευτής υποχρεούται να έχει προσκομίσει τον εξοπλισμό από την υπογραφή της σύμβασης.	≤300	ΝΑΙ
3.3	Προθεσμία ολοκλήρωσης της εγκατάστασης, εκπαίδευσής και παράδοσής του σε πλήρη λειτουργία, σε ημερολογιακές ημέρες από την προσκόμιση του εξοπλισμού.	≤90	ΝΑΙ

4. Στη σελίδα 108 (σχέδιο Σύμβασης) αναφέρεται:

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα είδη και να εκτελέσει τις υπηρεσίες της σύμβασης εντός του τελευταίου τετραμήνου του 2025 και, πάντως, όχι αργότερα από τις 10/12/2025.

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ποιος είναι ο χρόνος παράδοσης του Εξοπλισμού.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ της διακήρυξης, στον Πίνακα Λοιπών απαιτήσεων, στην απαίτηση 3.2. ορίζεται ότι «Η προσκόμιση (παράδοση) του εξοπλισμού από τον Ανάδοχο πρέπει να γίνει εντός τριακοσίων εξήντα (360) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών πριν από τη λήξη της σύμβασης». Υπενθυμίζεται δε ότι, όπως ορίζει η διακήρυξη, η λήξη της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31^η/12/2025.

Στο άρθρο 6.1.1. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ της διακήρυξης ορίζεται ότι ο Ανάδοχος οφείλει να έχει τον συμβατικό εξοπλισμό διαθέσιμο προς παράδοση μέχρι την 30^η/11/2025, και να ενημερώσει σχετικά εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή. Μετά την ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής από τον Ανάδοχο κατά τα ανωτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή με σχετική πρόσκλησή της, προσκαλεί τον Ανάδοχο να προσκομίσει τον εξοπλισμό σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, που θα εμπίπτει εντός περιόδου τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, το αργότερο, από την πρόσκληση.

Επιπρόσθετα, εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα προσκόμισης του εξοπλισμού, και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 10^η Δεκεμβρίου 2025, το αργότερο, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί:

- Η τοποθέτηση και εγκατάσταση του εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων της παραμετροποίησης και της σύνδεσης του λογισμικού με το υφιστάμενο δίκτυο του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.),
- η θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού,
- οι δοκιμές απόδοσης και λειτουργικότητας του εξοπλισμού, και
- η εκπαίδευση του προσωπικού.

Διευκρινίζουμε δε τα εξής: βάσει του άρθρου 1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης και του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της διακήρυξης, η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 425 ημέρες, το οποίο σημαίνει ότι για την εξάντληση των 425 ημερών, η σύμβαση μπορεί να υπογραφεί το αργότερο την 01^η/11/2024, καθώς η διάρκεια 425 ημερών σημαίνει ότι η λήξη δε θα υπερβαίνει την 31^η/12/2025.

Η παράδοση του εξοπλισμού (σύμφωνα με την απαίτηση 3.2. του πίνακα λοιπών απαιτήσεων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II) πρέπει να γίνει εντός τριακοσίων εξήντα (360) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, το οποίο σε συνδυασμό με το ότι πρέπει να είναι εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών πριν τη λήξη της, μεταφράζεται μεταξύ της 335^{ης} και 360^{ης} ημέρας από την υπογραφή, δηλαδή μεταξύ 02/10/2025 και 27/10/2025.

ΕΡΩΤΗΜΑ/ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ:

1. Στη σελίδα 99 της διακήρυξης αναφέρεται:

2.5	Ανταπόκριση προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης (σε εργάσιμες ημέρες)	≤1	ΝΑΙ
-----	------------------------------------------------------------------	----	-----

2. Στη σελίδα 110 της διακήρυξης αναφέρεται:

1.2. Άρθρο 9. Λοιποί Όροι

9.1. Ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή λειτουργία των ειδών για συνήθη χρήση και την δωρεάν αποκατάσταση βλαβών για (.....) [χρονικό διάστημα] από την οριστική παραλαβή. Επίσης αναλαμβάνει δωρεάν την ευθύνη συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για το υλικό και ενημερώσεων - αναβαθμίσεων για το λογισμικό για την περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη διακήρυξη και την τεχνική προσφορά του. Σε περίπτωση βλάβης ο Ανάδοχος θα ανταποκρίνεται εντός δύο (1) εργάσιμων ημερών από την αναγγελία.

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ο αιτούμενος χρόνος ανταπόκρισης σε περίπτωση βλάβης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Εκ παραδρομής στο άρθρο 9.1 του Παραρτήματος V – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ αναφέρεται ότι σε περίπτωση βλάβης ο Ανάδοχος θα ανταποκρίνεται εντός δύο (1) εργάσιμων ημερών από την αναγγελία. Ο αιτούμενος χρόνος ανταπόκριση σε περίπτωση βλάβης είναι μία (1) εργάσιμη ημέρα από την αναγγελία.

ΕΡΩΤΗΜΑ/ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ:

Στη σελίδα 100 της διακήρυξης αναφέρεται:

2.8	Η ετήσια αμοιβή του προμηθευτή για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του συστήματος	ΝΑΙ
-----	------------------------------------------------------------------------------------------	-----

	καθώς και όλα τα απαιτούμενα ανταλλακτικά καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας του, δεν δύναται να υπερβαίνει, σε ποσοστό, το 4% της αξίας του προσφερόμενου εξοπλισμού.	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν η ετήσια αμοιβή για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης (μετά το πέρας της εγγύησης) δύναται να αναπροσαρμόζεται κάθε έτος σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η ετήσια αμοιβή για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης (μετά το πέρας της εγγύησης) δύναται να αναπροσαρμόζεται κάθε έτος σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

ΕΡΩΤΗΜΑ/ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ:

Στη σελίδα 99 της διακήρυξης αναφέρεται:

2.6	Χρόνος αποκατάστασης βλάβης (σε εργάσιμες ημέρες)	≤3	ΝΑΙ
-----	---------------------------------------------------	----	-----

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν στο χρόνο αποκατάστασης βλάβης (σε εργάσιμες ημέρες) < 3 περιλαμβάνεται η αποκατάσταση ενδεχόμενης βλάβης όπου απαιτείται αντικατάσταση ανταλλακτικού επισκευής ή αφορά αποκατάσταση βλάβης όπου δεν απαιτείται αντικατάσταση κάποιου ανταλλακτικού.

Επίσης παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν από τις καλύψεις της εγγύησης και της τεχνικής υποστήριξης εξαιρούνται τα αναλώσιμα που μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το ελεύθερο εμπόριο και δεν απαιτούνται για την λειτουργία του συστήματος, όπως film, χαρτί εκτύπωσης, μαγνητο-οπτικοί δίσκοι αποθήκευσης, οπτικοακουστικά μέσα αποθήκευσης, κεφαλή εκτυπωτή, μπαταρίες, μελάνι, αφρώδη στηρίγματα ασθενών, σκιαγραφικά υγρά, καλώδια, εξαρτήματα τοποθέτησης κι ακινητοποίησης ασθενών κι εάν εξαιρούνται πηγές γερμανίου.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στο χρόνο αποκατάστασης βλάβης (σε εργάσιμες ημέρες) < 3 περιλαμβάνεται η αποκατάσταση ενδεχόμενης βλάβης όπου απαιτείται αντικατάσταση ανταλλακτικού επισκευής. Επίσης, από τις καλύψεις της εγγύησης και της τεχνικής υποστήριξης εξαιρούνται τα αναλώσιμα που μπορούμε να προμηθευτούμε από το ελεύθερο εμπόριο και δεν απαιτούνται για την λειτουργία του συστήματος, όπως film, χαρτί εκτύπωσης, μαγνητο-οπτικοί δίσκοι αποθήκευσης, οπτικοακουστικά μέσα αποθήκευσης, κεφαλή εκτυπωτή, μπαταρίες, μελάνι, αφρώδη στηρίγματα ασθενών, σκιαγραφικά υγρά, καλώδια, εξαρτήματα τοποθέτησης κι ακινητοποίησης ασθενών και εξαιρούνται και οι πηγές γερμανίου.

ΕΡΩΤΗΜΑ/ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ:

Στη σελίδα 80 της Διακήρυξης αναφέρεται:

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια συστήματος παραγωγής ραδιοϊσοτόπων (κυκλότρον), με σκοπό τον εξοπλισμό της Μονάδας Ραδιογονιδιωμιακής, η οποία θα στεγαστεί εντός νέας κτιριακής εγκατάστασης που πρόκειται να κατασκευασθεί εντός του οικοπέδου του ΙΙΒΕΑΑ.

Παρακαλούμε όπως διορθωθεί σε «προμήθεια ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET/MRI).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Εκ παραδρομής στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης αναφέρεται ως αντικείμενο της σύμβασης η προμήθεια συστήματος παραγωγής ραδιοϊσοτόπων (κυκλότρον). Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υβριδικού συστήματος εκπομπής ποζιτρονίων και μαγνητικής τομογραφίας (PET/MRI), με σκοπό τον εξοπλισμό της Μονάδας Ραδιογονιδιωμιακής, η οποία θα στεγαστεί εντός νέας κτιριακής εγκατάστασης που πρόκειται να κατασκευασθεί εντός του οικοπέδου του ΙΙΒΕΑΑ.

ΕΡΩΤΗΜΑ/ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ:

Στη σελίδα 101 της Διακήρυξης αναφέρεται:

3.4	Ο προμηθευτής υποχρεούται με δικές του δαπάνες, να διαμορφώσει την κατάλληλη μαγνητική θωράκιση του τελικού χώρου εγκατάστασης που θα του υποδειχθεί, προκειμένου ο χώρος αυτός να ικανοποιεί όλες τις απαραίτητες υποδομές, για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο κλωβός θωράκισης που θα προσφερθεί, να είναι πιστοποιημένος (ISO κατασκευαστή) κατάλληλος για τον προσφερόμενο τύπο συστήματος Μαγνητικής Τομογραφίας	ΝΑΙ
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί από την ομάδα ακτινοφυσικών, επάνω στην επισυναπτόμενη κάτοψη και τομή (Βλ. MRI-B410000-PRE-00-A), που ακριβώς θα πρέπει να μελετηθεί θωράκιση των 5 Gauss ισομαγνητικών γραμμών εντός του κλωβού. Αυτό θα μας κατευθύνει και βοηθήσει να ολοκληρώσουμε την μελέτη και κοστολόγηση με ακρίβεια.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Επισυνάπτονται αρχεία σε μορφή Autocad, με κατόψεις των υπογείων Α και Β και της τομής Α, στα οποία έχει επισημανθεί **ΠΟΥ** θα πρέπει να μελετηθεί η θωράκιση των 5 Gauss ισομαγνητικών γραμμών εντός του κλωβού, καθώς και η περιγραφή των παρακείμενων χώρων, όπως ζητήσατε.

ΕΡΩΤΗΜΑ/ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών

Β. Υπόδειγμα Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης

Γ. Υπόδειγμα Εγγύησης Προκαταβολής

Η παρούσα ισχύει μέχρι την/..../..... Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί ότι εκ παραδρομής αναγράφεται δυνατότητα παράτασης των εγγυητικών εφόσον πρόκειται για έργο με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όντως ισχύει η δυνατότητα παράτασης των εγγυητικών, σε περίπτωση που δοθεί παράταση από τον κύριο του Έργου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ-ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ**